



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
ul. M. C. Skłodowskiej 6
95 – 060 Brzeziny

Brzeziny, dnia 23.03.2018 r.

WALMED Sp. z o.o.
ul. Ptaków Leśnych 73
05-500 Jastrzębie

Dotyczy projektu pn. „Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wykonawca. zwrócił się wnioskiem o wyjaśnienie, dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na dostawę 1 sztuki kardiomonitora w następującym zakresie:

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez ciągłego monitorowania i wyświetlania odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora natomiast z możliwością pomiaru odcinka QT/QTc metodą pośrednią?
2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości zmiany jasności świecenia wizualnego wskaźnika alarmów?
3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o program do pomiaru i opisowej analizy spoczynkowego 12-odprowadzeniowego EKG z możliwością przesłania danych do zewnętrznych systemów archiwizujących, bez możliwości rozbudowy o program do analizy i oceny przebiegu EKG pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego i bez możliwości rozbudowy o program umożliwiający wygenerowanie raportu 12 odprowadzeniowego EKG przy użyciu 6 elektrod umieszczonych w układzie standardowym (rekonstrukcja czterech kanałów przedsercowych).
4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości użycia dodatkowego źródła sygnału SPO2 z wyświetlaniem obydwu wartości na ekranie kardiomonitora?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza parametry wymienione w pytaniach nr 1,2,3,4

5. Ze względu na wygodę i komfort obsługi, czy Zamawiający będzie wymagał aby kardiomonitor był wyposażony w podstawę jezdną ?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga wyposażenia sprzętu w podstawę jezdną.

Z poważaniem :

Prezes Zarządu

Magnolia Mater

Projekt nr POIS.09.01.00-00-0187/17-00 pn. „Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego