



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.  
ul. M. C. Skłodowskiej 6  
95 – 060 Brzeziny

Brzeziny, dnia 23.03.2018 r.

**Biameditek Sp. z o.o**  
ul. Elewatorska 58  
15-620 Białystok

*Dotyczy projektu pn. „Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020*

Wykonawca. zwrócił się wnioskiem o wyjaśnienie, dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na dostawę 1 sztuki kardiomonitora w następującym zakresie:


1. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z interwałem pomiarowym 8 godzin, oznacza on wykonanie 3 pomiarów w ciągu doby i powinien całkowicie zastąpić wymagany pomiar co 24 godziny?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z w/w parametrami.

2. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez pomiaru SPV, ponieważ wymagany w następny punkcie pomiar PPV jest praktycznie równoważny SPV i powinien całkowicie go zastąpić?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza kardiomonitor bez pomiaru SPV

Z poważaniem :

  
Prezes Zarządu  
*Małgorzata Majer*