



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.  
ul. M. C. Skłodowskiej 6  
95 – 060 Brzeziny

Brzeziny, dnia 23.03.2018 r.

**P.H.U. ProMedical**  
**Sopotnia Mała 59**  
**34-340 Jeleśnia**

**Dotyczy projektu pn. „Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**

Wykonawca. zwrócił się wnioskiem o wyjaśnienie, dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na dostawę 2 sztuk wózków transportowych w następującym zakresie:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy dla pacjenta o konstrukcji wykonanej ze stali malowanej proszkowo bez dodatkowej powłoki BioCote?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy dla pacjenta z segmentem pleców regulowanym sprężyną gazową w zakresie 0-70°?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy dla pacjenta wyposażony od strony głowy w drążki do prowadzenia wózka składane na ramę leża?
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy dla pacjenta z funkcją anty-Trendelenburga 15°?
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy dla pacjenta z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 590-890mm?
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy dla pacjenta z barierkami bocznymi wykonanymi ze stopu aluminium?
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy dla pacjenta z platformą pod materac o wymiarach 1950x620mm i materacem o wymiarach 1950x620x80mm?
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy dla pacjenta o wymiarach zewnętrznych 2200x840mm?
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy dla pacjenta wyposażony w wysięgnik kroplówki z dwoma hakami

Odpowiedź : zamawiający dopuszcza dostawę 2 sztuk wózków transportowych o w/w parametrach.

Z poważaniem :

Prezes Zarządu

*Maijorzata Majer*

**Projekt nr POIS.09.01.00-00-0187/17-00 pn. „Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**