



15.06.2018

Odpowiedzi na zadawane w toku postępowania pytania – cz. IV:

1. Dotyczy Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, punkt 122

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych w okresie gwarancji i rękojmi przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego.

Prosimy o wskazanie rzeczonoego laboratorium, gdyż Wykonawca musi otrzymać od tego laboratorium wycenę usług, aby w kalkulować ich koszt do ceny ofertowej.

ODP: Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjnego ŁOŚ Sp. z o. o.

2. Dotyczy Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, punkt 123 i 192

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z urządzeniem niezbędne licencje, oprogramowanie oraz usługi konieczne do wykonania integracji dostarczonego urządzenia z użytkowanym przez Zamawiającego systemem PACS/RIS.

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy dostarczyć niezbędne licencje, oprogramowanie oraz usługi związane tylko z aparatem rentgenowskim, czy należy także dostarczyć niezbędne licencje, oprogramowanie oraz usługi związane z systemem PACS/RIS ?

ODP.: Zamawiający sprecyzował w punktach 123 i 192 zakres integracji konieczny do integracji z użytkowanym przez Zamawiającego systemem PACS/RIS NetRaaD produkcji firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o. jaki występuje po stronie dostarczanego urządzenia. Zamawiający we własnym zakresie zapewni właściwe licencje podłączeniowe oraz prace integracyjne po stronie ww. systemów informatycznych. Zadaniem Wykonawcy w tym zakresie jest wykonanie odpowiednich dostaw oraz współpraca z Zamawiającym, której wynikiem będzie opisana w punktach 123 i 192 integracja.

3. Dotyczy Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, punkt 126.

Zakres zamówienia obejmuje szkolenie co najmniej dwukrotne (przy przekazaniu do eksploatacji i miesiąc po przekazaniu do eksploatacji) w min. 2 turach, by objąć szkoleniem wszystkie osoby uprawnione do obsługi urządzenia.

Czy Zamawiający potwierdza, że pierwsze szkolenie powinno się odbyć po odbiorach sanepidu, tuż po przekazaniu do eksploatacji. Szkolenia są najbardziej efektywne gdy można podczas nich badać pacjentów

ODP: Tak; Zamawiający potwierdza

4. Dotyczy Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, punkt 193.

Zamawiający określił wymagania dotyczące szkoleń dla aparatu jezdnego takie same jak dla aparatu stacjonarnego. Aparat jezdny ze względu na mniejszy stopień skomplikowania niż aparat stacjonarny nie wymaga takiej samej ilości szkoleń.

Czy Zamawiający dopuszcza, by każda tura dla aparatu jezdnego wynosiła min. 3 h, o oznacza łącznie jeden dzień szkoleń przed przekazaniem i jeden dzień po?

ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza j.w.

5. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 15

Czy Zamawiający poprawi oczywistą pomyłkę w znaku na „ ≥ 600 mAs” lub dopuści aparat o większych możliwych nastawach mAs, o ile w aparacie istnieją zabezpieczenia przed zaaplikowaniem pacjentowi zbyt dużej wartości mAs podczas ekspozycji z automatyką? Powoduje ona znaczący wzrost kosztów aparatu rtg.

ODP: To nie jest oczywista pomyłka, ale intencja Zamawiającego, by wartość mAs W TRYBIE AEC nie mogła przekroczyć wartości 600. Oczywiście ograniczenie to nie dotyczy ręcznego trybu ustawiania parametrów ekspozycji.

6. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 76

Czy Zamawiający dopuści zawieszenie sufitowe lampy z możliwością obrotu wokół osi długiej ramienia min. 150° w jedną/min 180° w drugą stronę? Jest to wystarczające do wykonania wszelkich projekcji wiązką poziomą, pod dowolnym kątem względem stołu, statywu lub łózka. Zamawiający w odpowiedziach z 08.06.2018 dopuścił bardzo zbliżone rozwiązanie $-157/+180$ stopni.

ODP: Tak, Zamawiający dopuści.

7. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 88

Czy Zamawiający dopuści stół, który można także na krawędzi stołu obciążyć do 200 kg, natomiast do 300 kg na środku stołu z zachowaną możliwością zmiany wysokości blatu stołu?

ODP: Zamawiający dopuszcza granice wagowe, ale podtrzymuje warunek o zachowaniu wszystkich funkcjonalności, a nie tylko zmianę wysokości blatu.

8. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 89 i 97

Czy Zamawiający dopuści stacjonarne kratki przeciwrozproszeniowe, jeśli będą się one charakteryzowały min. 80 l/cm?

ODP: Tak

9. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 90 i 98

Czy zamawiający zgodzi się zmienić w tych punktach zapis „ $90 \leq \text{FFD} \leq 110$ ” na „ $90 \leq \text{FFD} \leq 115$ ”? Umożliwi on zaoferowanie kratki przeciwrozproszeniowej o ogniskowej 115 cm. Odległość 115 cm występuje jako dopuszczona w rutynowo wybieranych parametrach ekspozycji w wielu procedurach wzorcowych.

ODP: Tak, Zamawiający dopuści wartość 115

10. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 95

Czy Zamawiający dopuści statyw o najwyższym możliwym położeniu środka rejestratora (oś wiązki pozioma do podłogi) min. 172 cm?

ODP: Tak.


11. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 141

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić ten zapis z wymogów? W punkcie 142 jest punktowany właściwie ten sam parametr (tak przynajmniej można zrozumieć obecne zapisy).

ODP: Punkt 141 dotyczy możliwości pracy aparatu, a punkt 142 dotyczy pracy aparatu bez wpływu na parametry ekspozycji

12. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 158

Czy Zamawiający dopuści aparat o zakresie kierunku ekspozycji w odniesieniu do pionu +/-165° jak na poniższym rysunku?



ODP: Zamawiający dopuści j.w.

13. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 159

Czy Zamawiający dopuści aparat o zakresie obrotu kolumny wokół osi pionowej +/-90°?

ODP: Zamawiający dopuści j.w.

14. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 190 i 191

Czy Zamawiający dopuści aparat z dwoma tylnymi kołami o średnicy min. 25 cm bez zabezpieczenia przed najazdem na przewody?

ODP. Zamawiający dopuści taki aparat.

15. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 14

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić dodatkową punktację dla aparatu przewoźnego:

Możliwość wykonania ekspozycji po podłączeniu do gniazdka sieciowego nawet przy rozładowanych akumulatorach bez potrzeby oczekiwania na doładowanie akumulatorów do pewnego poziomu		Tak/Nie		Punktacja IV
Możliwość przemieszczania aparatu przy rozładowanych akumulatorach po zwolnieniu blokady		Tak/Nie		Punktacja IV
Kable do lampy prowadzone wewnątrz obudowy – konstrukcja ułatwiająca czyszczenie (bez kabli na zewnątrz)		Tak/Nie		Punktacja IV
Rączka zintegrowana z obudową detektora ułatwiająca przenoszenie		Tak/Nie		Punktacja IV

Możliwość wymiennego stosowania detektora z oferowanego stacjonarnym aparatami rtg – po rejestracji detektora z systemu mobilnego na stacji technika aparatu stacjonarnego, zdjęcia wykonywane na aparacie stacjonarnym z wykorzystaniem tego detektora znajdują się w folderze pacjenta stacji aparatu stacjonarnego z zapisanymi automatycznie w nagłówku DICOM danymi ekspozycji min. kV, mAs, dawka)		Tak/Nie		Punktacja IV
--	--	----------------	--	---------------------

ODP: Zamawiający nie przewiduje dodatkowej punktacji.

16. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 94

Czy Zamawiający dopuści najniższe możliwe położenie osi wiązki poziomej od podłogi dla FFD 200 cm \leq 37 cm?

ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza.

17. Czy Zamawiający oczekuje / dopuszcza, by umowa została zawarta na podstawie wzoru umowy przygotowanego przez Wykonawcę i załączonego do jego oferty?

ODP: Tak, Zamawiający zawrze umowę na wzorze od Wykonawcy. Wzór umowy może być załączony do oferty, jednak projekt umowy może podlegać modyfikacjom zgodnie z ew. ustaleniami stron.

18. Czy mając na uwadze, że wykonywanie czynności serwisowych łączy się z potencjalnym dostępem do danych osobowych zgromadzonych w serwisowanych urządzeniach, Zamawiający przewiduje zawarcie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem wzorów dostarczonych przez wygrywającego wykonawcę uwzględniających specyfikę świadczonego serwisu?

ODP: Tak

19. Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę „Wykonawca gwarantuje nieodpłatne usunięcie wad” treścią „Wykonawca zapewnia nieodpłatne usunięcie wad”?

ODP: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

20. Dotyczy Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, XV Gwarancja i serwis, punkt 127

Czy w celu doprecyzowania warunków gwarancji i rękojmi Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującej treści do w/w punktu:

„Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa – według własnego uznania - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu

lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:

a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.);

3) materiały eksploatacyjne.

Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji”

ODP: Tak

21. Dotyczy Załącznik nr Opis przedmiotu zamówienia, XV Gwarancja i serwis, punkt 128

Czy w celu doprecyzowania tego postanowienia Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w punktu na następujący: „Wszystkie gwarancyjne czynności serwisowe (w tym części, naprawy, przeglądy, dojazdy i inne) w okresie gwarancji – bezpłatne”

ODP: Tak

22. Proszę o informację odnośnie płatności – ile faktur mamy wystawić i co będzie podstawą ich wystawienia?

ODP: Jedna faktura wystawiona po protokole końcowym (po uruchomieniu i odbiorze przez WSSE)

23. Proszę o wskazanie terminu płatności faktury/faktur.

ODP: 60 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego