



20.06.2018

Odpowiedzi na pytania cz. VI

1. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 74

Czy Zamawiający dopuści aparat z synchronizacją osi wiązki ze środkiem detektora tylko w statywie (tzw. śledzenie zmiany wysokości statywu np. podczas ustawiania aparatu do zdjęć klatki piersiowej)?

ODP: Zamawiający nie planuje zmiany wymagań

2. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 149 i 150

Czy Zamawiający dopuści aparat przewoźny o jednym małym ognisku 0,8?

ODP: Nie

3. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 75

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z tej funkcjonalności i wykreśli ją z postępowania?

ODP: Zamawiający nie planuje zmiany wymagań

4. Aparat nr 1 - RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM (Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia) Pkt II. Zasilacz rentgenowski Ppkt. 15 „Największa możliwa wartość obciążenia prądowo-czasowego w trybie AEC”

Czy Zamawiający dopuści Aparat RTG, którego największa możliwa wartość obciążenia prądowo czasowego wnosi 640 mAs ?

ODP: Nie. Wymaganie pozostaje bez zmian

5. Aparat nr 1 - RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM (Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia) Pkt VII. Stół rentgenowski Ppkt.87 „Odległość powierzchni płyty stołu od podłogi w najniższym położeniu”

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG, którego odległość powierzchni płyty stołu od podłogi w najniższym położeniu wynosi 56,5 cm ?

ODP: Tak. Obecnie wymaganie wynosi 58 cm.

6. Aparat nr 1 - RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM (Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia) Pkt VIII. Statyw do zdjęć pionowych Ppkt. 94 “Najniższe możliwe położenie osi wiązki poziomej od podłogi dla FFD 200 cm”

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego najniższe możliwe położenie osi wiązki poziomej od podłogi wynosi 44cm ?

ODP: NIE

- 7. Aparat nr 1 - RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM (Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia) Pkt VIII. Statyw do zdjęć pionowych Ppkt. 98** „Kratka przeciwrozproszeniowa ze zmienną ogniskową umożliwiającą wykonywanie zdjęć z odległości lub kratki przeciwrozproszeniowe wymieniane bez użycia narzędzi, umożliwiające wykonywanie zdjęć z odległości”

Czy Zamawiający dopuści jedną kratkę przeciwrozproszeniową o ogniskowej 150 cm umożliwiającą wykonywanie badań w całym zakresie SID 90-200 ?

ODP: Nie. Wymaganie pozostaje bez zmian.

- 8. APARAT NR 2 – APARAT JEZDNY z REJESTRATOREM (Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia) Pkt XVII. Lampa Ppkt. 149** “Ognisko małe”

Czy Zamawiający dopuści dwuogniskową lampę RTG, której wielkość małego ogniska wynosi 0.7 mm ?

ODP: Nie. Wymaganie pozostaje bez zmian.

- 9. APARAT NR 2 – APARAT JEZDNY z REJESTRATOREM (Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia) Pkt XVIII. Głowica i kolimator Ppkt. 160** „Zakres wysokości ogniska lampy rtg”

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego zakres wysokości ogniska lampy RTG wynosi 68-202,5 ?

ODP: Tak, Zamawiający dopuści.