



Odpowiedzi cz. 10

1. **Pytanie nr 1 dot. pkt. IV pkt 39**

Czy zamawiający zgodzi się przyznać dodatkową punktację za wyższą rozdzielczość detektorów (mniejszy rozmiar piksela w obu rejestratorach) – punkcja IV

Wyższa rozdzielczość jest jednym z najważniejszych parametrów wpływających na jakość diagnostyczną otrzymywanych zdjęć radiologicznych.

ODP: Zamawiający nie planuje punktacji za ten parametr. Wymagana wielkości piksela zapewnia wystarczającą rozdzielczość obrazu.

2. **Pytanie nr 2 dot. pkt. V pp. 66**

Czy zamawiający będzie wymagał automatycznego składania kości długich na stole i w statywie lub wprowadzi dodatkową punktację za taką możliwość (Punkcja – IV)

ODP: DOPUSZCZAMY OBA ROZWIĄZANIA nie planujemy nowych zasad punktacji za ten parametr

Aparat Nr 2 – Aparat Jezdny z rejestratorem

3. **Pytanie nr 3 dot. pkt. XVI pp. 143**

Czy zamawiający dopuści aparat jezdny RTG o bardzo wysokich parametrach techniczno-użytkowych, natomiast o zakresie napięć 40-133 kV

Taki zakres napięć zasilacza (generatora) jest w zupełnie wystarczający do wykonania wszelkich zdjęć przyłóżkowych.

Odp. Tak zamawiający dopuścił aparat o zakresie napięć 40 do 125kV

4. **Pytanie nr 4 dot. pkt. XVII pp. 148**

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy cyfrowy jezdny aparat RTG z lampą RTG o nominalnej wielkości małego ogniska 0,7

Różnica 0,1 nie ma praktycznego znaczenia przy wykonywaniu cyfrowych zdjęć na detektorach o bardzo wysokiej rozdzielczości wyżej niż wymagane w punkcie 39



ODP: Dopuszczenie innych wielkości ognisk w trybie odstępstwa jest możliwe w celu dopuszczenia do pracy już posiadanych urządzeń. Zamawiający kupuje nowe urządzenie i pozostawia wymaganie wielkości ogniska bez zmian.

5. **Pytanie nr 5 dot. pkt. XX pp. 182**

Czy zamawiający zrezygnuje z wymaganej nagrywarki CD i DVD na jezdnym aparacie lub wprowadzi warunek TAK/NIE z punkcją V

Zdjęcia cyfrowe wykonane na aparacie jezdnym są przesyłane w formacie DICOM do Sieci Szpitala (wymóg 184 oraz 190), a oprócz tego stacja technika posiada pamięć wewnętrzną na minimum 3000 obrazów.

ODP: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zastępcze polegające na możliwości zastosowania zewnętrznej nagrywarki CD/DVD przewidzianej do pracy w sytuacjach awaryjnych w przypadku kiedy nagrywanie z systemu PACS/RIS byłoby niemożliwe.

 Brzeziny 

6. **Pytanie nr 6 dot. pkt. XIX pp. 165**

Czy zamawiający zgodzi się przyznać dodatkową punktację (Punktacja VI) za mniejszą wagę rejestratora niż wymagana.

Lżejszy rejestrator zapewnia znacznie większy komfort i bezpieczeństwo w pracy technika.

ODP. Zamawiający nie planuje nowej punktacji związanej z tym parametrem.

7. **Pytanie nr 7**

Czy zamawiający będzie wymagał możliwości sterowania aparatem (przód/tył) przyciskami umieszczonymi na obudowie kolimatora/kołpak lampy RTG. Jest to bardzo przydatne do szybkiego dokładnego pozycjonowania aparatu przy łóżku pacjenta.

ODP: Zamawiający nie wymaga i nie planuje dodatkowej punktacji za ten parametr

8. **Pytanie nr 8**

Czy zamawiający będzie wymagał oprogramowania do redukcji promienowania rozproszonego – tak
zwanej wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej.

Takie oprogramowanie zapewnia wykonywanie wysokiej rozdzielczości zdjęć kostno – płucnych bez fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej zakładanej na detektor. Natomiast przy zdjęciach pediatrycznych, gdzie kratki nie powinno się używać, oprogramowanie takie zapewnia wysokiej rozdzielczości i kontrastowe zdjęcia.

ODP: Zamawiający nie wymaga dodatkowego oprogramowania i nie przewiduje zmian w opisie przedmiotu zamówienia w tym zakresie.


Jacek Sokołowski