



Odpowiedzi na pytania cz.3

XII. Informacje ogólne

Punkt 2 *Deklaracje zgodności na całość aparatu oraz na wszystkie elementy składowe aparatu.*

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymóg za spełniony w przypadku załączenia deklaracji zgodności na całość aparatu, jako kompletnego zestawu, bez podziału na elementy składowe.

Odp.: Tak

V. Konsola technika RTG

Punkt 62 *Możliwość integracji z Active Directory*

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza i uzna wymóg za spełniony poprzez zaoferowanie oprogramowania stacji technika z funkcją hierarchicznego nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom.

Odp. Zamawiający preferuje oprogramowanie z opcją autoryzacji użytkowników poprzez Active Directory, nie jest to jednak wymagane - oprogramowanie z własną hierarchiczną bazą danych użytkowników i uprawnień zostanie dopuszczone zgodnie z punktacją przypisaną do punktu 62.

VII. Stół rentgenowski

Punkt 78 *Wielkość blatu $\geq 220 \times 75$*

Prosimy o dopuszczenie stołu rentgenowskiego o wielkości blatu 216 x 90 [cm]

Pole powierzchni blatu w oferowanym przez nas stole jest zdecydowanie większe od wielkości wymaganej przez Zamawiającego.

Odp: Tak dopuszczamy

IX. Inne informacje i wymagania

Punkt 103 *Certyfikat CE na aparat oraz na poszczególne elementy składowe aparatu.*

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymóg za spełniony w przypadku załączenia certyfikatu CE na całość aparatu, jako kompletnego zestawu, bez podziału na elementy składowe.

Odp: Tak uznajemy

XII. Inne wymagania

Punkt 122



Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca, w ramach oferty, ma skalkulować jedynie koszty integracji leżące po stronie dostawcy urządzeń czy może również koszty licencji i usługi konfiguracji systemu RIS/PACS po stronie CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o..

ODP: Tak tylko koszty integracji leżące po stronie dostawcy sprzętu

APARAT NR 2 – APARAT JEZDNY Z REJESTRATOREM

XVI Zasilacz

Punkt 142 *Realizacja ekspozycji z zasilania akumulatorowego*

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest to parametr wymagany a jedynie oceniany.

ODP: Tak potwierdzamy

Punkt 143 *Zakres napięć 50-150 kV*

Prosimy o dopuszczenie aparatu z zakresem napięć 40-125 kV

Zakres napięć w proponowanym przez nas aparacie spełnia wszelkie wytyczne i są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Najwyższe napięcia wymagane są podczas zdjęć klatki piersiowej, jednak nawet w tym przypadku wartość napięcia nie przekracza 125kV

ODP: Dopuszczamy zakres napięć 40-125kV

XX Stacja technika, akwizycja obrazu oraz podstawowe funkcje stacji akwizycyjnej

Punkt 171 *Przekątna monitora LCD stacji akwizycyjnej ≥ 17*

Prosimy o dopuszczenie jezdnego aparatu RTG z konsolą akwizycji obrazu o przekątnej 12”

ODP: Zamawiający pozostawia pkt 171 w dotychczasowym brzmieniu

Punkt 182 *Nagrywarka CD i DVD służąca do archiwizacji badań, archiwizacja wraz z przeglądarką DICOM.*

Prosimy o dopuszczenie jezdnego aparatu RTG z konsolą akwizycji obrazu nie posiadającą nagrywarki CD i DVD a w zamian posiada dwa porty USB

ODP: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zastępcze polegające na możliwości zastosowania zewnętrznej nagrywarki CD/DVD przewidzianej do pracy w sytuacjach awaryjnych w przypadku kiedy nagrywanie z systemu PACS/RIS byłoby niemożliwe.

Prezes Zarządu
Jacek Sokołowski

Brzezina