



Odpowiedzi cz. 5

1. Czy zamawiający dopuści do postępowania detektor mobilny, dla którego maksymalne jednorodne obciążenie całej powierzchni wynosi 150kg, natomiast obciążenie punktowe zdefiniowane jako obciążenie pola o średnicy 4cm – wynosi 100kg ?

ODP: Dopuszczamy detektor o obciążeniu punktowym 100kg na pole o średnicy 4 cm utrzymując jednocześnie jednorodne obciążenie całej powierzchni na ≥ 140 kg.

2. Czy zamawiający dopuści do postępowania oferenta, który zadeklaruje czas realizacji zadania wynoszący maksymalnie 12 tygodni. Okres ten jest tu rozumiany jako czas upływający pomiędzy dniem podpisania umowy i dniem przekazania zainstalowanych urządzeń i systemów do eksploatacji ?

ODP: Tak zamawiający dopuszcza

3. Czy zamawiający dopuści do postępowania oferenta, który wykaże trzy dostawy diagnostycznej medycznej aparatury rentgenowskiej w wymaganym przez zamawiającego okresie, o wartości przekraczającej 400.000zł netto ?

ODP: Tak dopuszczamy

Prezes Zarządu
[Signature]
Jacek Sokołowski

[Signature]
Radni