



Odpowiedzi cz. 7

1. Ad.XVI.143 Czy Zamawiający dopuści do postępowania mobilny aparat RTG z zakresem napięć 40-130 kV? Jest to standardowy zakres dla aparatów przyłóżkowych. Wymagany zakres jest charakterystyczny dla stacjonarnych aparatów RTG.

Tak dopuściliśmy 40-125kV

1. Ad.XVIII.159 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG z zakresem wysokości ogniska lampy 75.8-205.5 cm? W dolnym zakresie jest to różnica zaledwie 0.8 cm mniejsza niż wymagana, co będzie całkowicie nie odczuwalne podczas codziennej pracy z aparatem.

Tak dopuszczamy

2. Ad.XIX.164 Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego punktu w całości przy zaoferowaniu "rejestratora mobilnego" którego wytrzymałość na obciążenie na całej powierzchni wynosi 150 kg (dla pacjenta leżącego) i dodatkowej osłony do badań pod obciążeniem do badań przy pacjencie stojącym do 190 kg? (część nr 10) Czy Zamawiający wymaga aby rozwórka posiadała pełne blaszki?

2. Tak dopuszczamy

Prezes Zarządu

Jacek Sokołowski

 Brzezino