



Odpowiedzi cz. 9

1. pkt 36 zał.1

Ustawienie wszystkich parametrów ekspozycji z panelu przy kolimatorze

odp **Rezygnujemy z punktacji tego parametru**

2. pkt 73 zał 1

Wyraźnie oznaczone lub uprzywilejowane ustawienie lampy w pozycji zgodności FFD ze środkiem rejestratora obrazu oraz ogniskową kratki w stole i w statywie, wyczuwalne przez technika lub sygnalizowane

odp **Rezygnujemy z punktacji tego parametru**

3. pkt 74 zał 1

Automatyczna, motorowa synchronizacja osi wiązki ze środkiem wybranego detektora obrazu dla detektorów ustawionych w stole kostnym lub statywie do zdjęć pionowych

odp **Rezygnujemy z punktacji tego parametru**

Prezes Zarządu  
Jacek Sokołowski