

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1**

**do postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Podniesienie jakości i skuteczności działań medycznych podejmowanych w SOR w Szpitalu w Brzezinach", dla którego udzielono dotacji celowej ze środków Funduszu Medycznego w ramach**

**Umowy nr DOI/FM/SMPL/11/MDSOR/2023/2199/260**

**w zakresie zakupu aparatury i sprzętu medycznego (drugie postępowanie)**

**Dotyczy: Pakiet 3 - stanowisko do diagnostyki noworodka (przewijak, waga) - 1 szt.**

1. Prosimy (w pkt. 6) o wyrażenie zgody na zaoferowanie stanowiska o szerokości 920 mm.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy (w pkt. 9) o wyrażenie zgody na zaoferowanie szuflad o wymiarach 650 x 450 x 150 mm – 2 szt.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 1 Dotyczy warunków umowy § 6 ust 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 7% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §2 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania przedmiotu umowy lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy”?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonał zmiany zapisów projektu umowy.

### **Pytanie 2 Dotyczy warunków umowy § 6 ust 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §2 ust. 1 umowy, jeżeli nastąpi jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę. Proponowany zapis jest tożsamy z zapisem ujętym w projekcie umowy.

### **Pytanie 3 Dotyczy warunków umowy § 6 ust 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 umowy przysługującego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy za każdy dzień zwłoki”?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonał zmiany zapisów projektu umowy.

### **Pytanie 4 Dotyczy warunków umowy § 8 ust 2**

„Wszelkie wady lub usterki gwarancyjne ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia mu wady lub usterki lub w innym terminie ustalonym przez Strony, jeżeli ww. termin będzie nieodpowiedni do usunięcia danej wady czy usterki. Przez zgłoszenie pisemne Strony rozumieją również zgłoszenie za pomocą e-maila na adres: .....”?

**Odp.:** Zamawiający wymaga, aby w umowie podany został adres e-mail, na który będzie mógł dokonywać zgłoszeń awarii i usterek, a tym samym prowadzić korespondencję serwisową dot. usunięcia danej awarii czy usterki, w tym ustalenia terminu czy sprzętu zastępczego.

**Pytanie 5 Dotyczy warunków umowy § 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapis i wprowadzenie go do umowy:  
„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych”?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonał zmiany zapisów projektu umowy § 8 ust 3.

**UWAGA:**

Zamawiający wymaga, aby w dokumencie obrazującym parametry techniczne oferowanego urządzenia, w przypadku oferowania parametru wynikającego z dopuszczenia opublikowanego w ramach odpowiedzi na pytania do postępowania, zamieścić uwagę o tym fakcie przy danym parametrze.